



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permccsm.ru, сайт: https://www.permccsm.ru
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ВН/28-09-2023/281863676

Действительно до 27.09.2024

Средство измерений Микрометры МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МКБ
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
МК, (100-125) мм, ЦД 0,01 мм; 52949-13
по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

заводской номер 190375646
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки
в соответствии с МП 52949-13
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №21 (5,12
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов
- 100) мм, №288, 4 разряд; Меры длины МКПр Набор №9 (100 - 1000) мм, №2547, 3 разряд;
типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

Измерительная машина ИЗМ ИЗМ-10м, №550062, рабочий эталон

при следующих значениях Температура окружающей среды 20,9 °С, относительная
влияющих факторов: перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 51,4 %, атмосферное давление 100,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Дополнительная информация

КТ 1

Номер записи сведений о 1-281863676
результатах поверки в ФИФ:

Поверитель Каравасва И.М.
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Дата поверки



28.09.2023

№ счета 45897

ФБУ «Пермский ЦСМ»
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Купрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»

(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permccsm.ru, сайт: https://www.permccsm.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/28-09-2023/281863677

Действительно до 27.09.2024

Средство измерений Микрометры МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МКБ
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
МК, (175-200) мм, ЦД 0,01 мм; 52949-13

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

заводской номер 210283340
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МП 52949-13
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №21 (5,12
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов
- 100) мм, №288, 4 разряд; Меры длины МКПр Набор №9 (100 - 1000) мм, №2547, 3 разряд;
типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

Измерительная машина ИЗМ ИЗМ-10м, №550062, рабочий эталон

при следующих значениях Температура окружающей среды 20,9 °С, относительная
влияющих факторов: перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 51,4 %, атмосферное давление 100,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Дополнительная информация

КТ 1

Номер записи сведений о 1-281863677
результатах поверки в ФИФ:

Поверитель Каравасева И.М.
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Дата поверки



28.09.2023

№ счета 45897

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permcsm.ru, сайт: https://www.permcsm.ru
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/28-09-2023/281863673

Действительно до 27.09.2024

Средство измерений Штангенциркули ШЦ, ШЦК, ШЦЦ
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

ШЦ-II, (0-250) мм, ЦД 0,05 мм; 72189-18
по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

заводской номер 21101619
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено в полном объеме
наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки
в соответствии с ГОСТ 8.113-85
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов
1000) мм, №1936, 4 разряд
типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов: Температура окружающей среды 20,9 °С, относительная
перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 51,4 %, атмосферное давление 100,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о 1-281863673
результатах поверки в ФИФ:

Поверитель Караваева И.М.
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Дата поверки



28.09.2023

№ счета 45897

ФБУ «Пермский ЦСМ»
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permccsm.ru, сайт: https://www.permccsm.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/28-09-2023/281863675

Действительно до 27.09.2024

Средство измерений Штангенциркули ШЦ, ШЦК, ШЦЦ

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

ШЦЦ-I, (0-150) мм, шаг дискретности 0,01 мм; 72189-18

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

заводской номер 63033581

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ 8.113-85

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

1000) мм, №1936, 4 разряд; Меры длины МКП Набор №3 (0,5 - 100) мм, №46, 3 разряд

типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях Температура окружающей среды 20,9 °С, относительная

влияющих факторов: перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 51,4 %, атмосферное давление 100,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о 1-281863675

результатах поверки в ФИФ:

Поверитель Караваева И.М.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

28.09.2023

№ счета 45897

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568

Владелец: Кулряцев Евгений Олегович

Должность: Начальник отдела

Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024