



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pcsm@permcsm.ru, сайт: https://www.permcsm.ru
Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ВН/25-10-2023/289356106

Действительно до 24.10.2024

Средство измерений Штангенциркули 160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551,
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
552

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа
серии 500 мод. ABSOLUTE IP67, (0-200) мм, шаг дискретности 0,01 мм; 72366-18

заводской номер B19144091
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено в полном объеме
наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки
в соответствии с МП АПМ 56-18
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов
1000) мм, №1936, 4 разряд; Меры длины МКП Набор №3 (0,5 - 100) мм, №831781, 3 разряд
типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях Температура окружающей среды 21,0 °С, относительная
влияющих факторов: перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 52,7 %, атмосферное давление 98,8 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о 1-289356106
результатах поверки в ФИФ:

Поверитель Караваева И.М.
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Дата поверки



25.10.2023

№ счета 54361

ФБУ «Пермский ЦСМ»
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permcsm.ru, сайт: https://www.permcsm.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/25-10-2023/289356108

Действительно до 24.10.2024

Средство измерений Штангенциркули 160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551,
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
552

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

серии 500 мод. ABSOLUTE IP67, (0-200) мм, шаг дискретности 0,01 мм; 72366-18

заводской номер

B19144102

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП АПМ 56-18

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

1000) мм, №1936, 4 разряд; Меры длины МКП Набор №3 (0,5 - 100) мм, №831781, 3 разряд

типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов:

Температура окружающей среды 21,0 °С, относительная

перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 52,7 %, атмосферное давление 98,8 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ:

1-289356108

Поверитель

Караваева И.М.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

25.10.2023

№ счета 54361

ФБУ «Пермский ЦСМ»
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permccsm.ru, сайт: https://www.permccsm.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ВН/25-10-2023/289356107

Действительно до 24.10.2024

Средство измерений Штангенциркули 160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551,
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
552

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

серии 500 мод. ABSOLUTE IP67, (0-200) мм, шаг дискретности 0,01 мм: 72366-18

заводской номер

B19144105

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП АПМ 56-18

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

1000) мм, №1936, 4 разряд; Меры длины МКП Набор №3 (0,5 - 100) мм, №831781, 3 разряд

типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов:

Температура окружающей среды 21,0 °С, относительная

перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 52,7 %, атмосферное давление 98,8 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ:

1-289356107

Поверитель

Караваева И.М.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

25.10.2023

№ счета 54361

ФБУ "Пермский ЦСМ"
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568
Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович
Должность: Начальник отдела
Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pccsm@permcsm.ru, сайт: https://www.permcsm.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-BH/25-10-2023/289356105

Действительно до 24.10.2024

Средство измерений Штангенциркули 160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551,
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
552

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

серии 500 мод. ABSOLUTE IP67, (0-150) мм, шаг дискретности 0,01 мм; 72366-18

заводской номер

B19213333

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП АПМ 56-18

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Меры длины концевые плоскопараллельные Набор №24 (1 -

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

1000) мм, №1936, 4 разряд; Меры длины МКП Набор №3 (0,5 - 100) мм, №831781, 3 разряд

типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов:

Температура окружающей среды 21,0 °С, относительная

перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 52,7 %, атмосферное давление 98,8 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ:

1-289356105

Поверитель

Караваева И.М.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

25.10.2023

№ счета 54361

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 070C9A00D9AF30BD4DE440B5A8C76568

Владелец: Кудрявцев Евгений Олегович

Должность: Начальник отдела

Действителен с 03.04.2023 по 14.04.2024