

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ 13/52468



Действительно до « 15 » сентября 2021 г.

Средство измерений Машина разрывная для испытания на растяжение
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
провода, металлической ленты, тонкого листа Р-0,5; 3737-73
по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 36

в составе ---

номер знака предыдущей поверки ---

поверено В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РД 50-482-84 Машины разрывные и универсальные для испытаний
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
металлов и конструкционных пластмасс. Методика поверки

с применением эталонов: 3.1.ZBH.0372.2014, Динамометр электронный на растяжение,
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
сжатие и универсальный, АЦД, мод. АЦДС-5И-1 № 1012, 2 р.; ПГ ±0,24 %
разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающей среды 21 °С,
перечень влияющих факторов,

относительная влажность 38 %, атмосферное давление 98,1 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

Знак поверки:



Начальник отдела
должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

« 16 » сентября 2020 г.

При периодической поверке
предоставление данного документа
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Трошин Алексей Юрьевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Колесник Юрий Владимирович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

№ счета 50235

АЪ № 1008710



Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Метрологические характеристики соответствуют требованиям НД

Начальник отдела

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Трошин Алексей Юрьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Колесник Юрий Владимирович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

« 16 » сентября 2020 г.

№ счета 50235, 13/52468



614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85 тел. (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46.

E-mail: pscsm@permcsn.ru, <http://www.permcsn.ru>