



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pscm@permcsn.ru, сайт: https://www.permcsn.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/31-10-2022/198628554

Действительно до 30.10.2023

Средство измерений Машины разрывные для испытания на растяжение проволоки,
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
металлической ленты, тонкого листа Р-0,5

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

Р-0,5; 3737-73

заводской номер 36

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе ---

поверено в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с РД 50-482-84 Машины разрывные и универсальные для

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

испытаний металлов и конструкционных пластмасс. Методика поверки

с применением эталонов: Динамометр электронный на растяжение, сжатие и
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

универсальный АЦД, мод. АЦДР-5И-1, №1014, 2 разряд; Штангенциркуль ABSOLUTE
типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

DIGIMATIC серии 500-182-20, №12189521, рабочий эталон; Динамометр электронный

ДМ-МГ4, мод. ДМР-1/1-0,5МГ4-2, №979, 2 разряд

при следующих значениях
влияющих факторов:

Температура окружающей среды 21,0 °С, относительная

перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 54,0 %, атмосферное давление 97,6 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о 1-198628554

результатах поверки в ФИФ:

Поверитель

Колесник Ю.В.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

31.10.2022

№ счета 59747

ФБУ «Пермский ЦСМ»
Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 034CBF470074AEFE98454D9FBF34113E32
Владелец: Трошин Алексей Юрьевич
Должность: Начальник отдела
Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023