



ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел.: (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46, e-mail: pcsm@permcsn.ru, сайт: https://www.permcsn.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311363

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВН/16-10-2023/286925618

Действительно до 15.10.2024

Средство измерений Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

ТКМ-459С; 48907-12

по обеспечению единства измерений присвоенный при утверждении типа

заводской номер

19026

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

преобразователь типа А № 19036

поверено

в полном объеме

наименование величин, поддиапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

ТКМ459СМ МП

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Мера твердости эталонная Бринелля МТВ-МЕТ, №1263, 2

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов

разряд; Мера твердости эталонная Бринелля МТВ-МЕТ, №1243, 2 разряд; Мера твердости

типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские (серийные) номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

эталонная Бринелля МТВ-МЕТ, №1253, 2 разряд; Мера твердости эталонная Роквелла

МТР-МЕТ, №2034, 2 разряд; Мера твердости эталонная Роквелла МТР-МЕТ, №2138, 2

разряд; Мера твердости эталонная Роквелла МТР-МЕТ, №2188, 2 разряд; Мера твердости

эталонная Виккерса МТВ-МЕТ, №358, 2 разряд

при следующих значениях

Температура окружающей среды 21,4 °С, относительная

влияющих факторов:

перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка, с указанием их значений

влажность 59,4 %, атмосферное давление 98,9 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о

1-286925618

результатах поверки в ФИФ:

Поверитель

Высоцкий С.Д.

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Дата поверки

16.10.2023

№ счета 54360

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 22С86100DAAFE85477E60ADF6ABD580

Владелец: Трошин Алексей Юрьевич

Должность: Начальник отдела

Действителен с 04.04.2023 по 11.04.2024